



INSTRUÇÃO DE USO – LAMINA RECIPROCANTE Versão 01



Esta Instrução de Uso pode ser utilizada para os produtos integrantes do registro 10272310035 – Serras Cirúrgicas – Lamina Reciprocante

Antes da utilização da presente instrução de uso, observe a sua versão, e somente a utilize se estiver de acordo com o informado no rótulo do produto. A presente instrução de uso, em formato impresso, pode ser obtida, sem custo adicional, através de solicitação para o e-mail sac@inp-dentoflex.com.

Instrução de uso elaborada em conformidade com a Instrução Normativa DC/ANVISA Nº 4 DE 15/06/2012.

MATERIAL

Instrumental de Uso Odontológico – Aço Inoxidável conforme ASTM F899

Componentes da embalagem:

Estão contidos nesta embalagem:

Produto	Componentes da embalagem
Serra Cirúrgica	01 Lamina Reciprocante

A embalagem consiste em um invólucro de papelão e um blister.

INDICAÇÃO

As serras cirúrgicas são utilizadas para auxiliar no ato operatório, Através da lamina da serra, utilizá-la para desbaste ou corte de osso e tecido duro

ADVERTENCIAS

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.

Os instrumentais deverão ser usados somente para finalidade específica para as quais foram desenvolvidas.

Descartar conforme legislação ou norma vigente

PRECAUÇÕES

Em caso de queda acidental da fresa cirúrgica, inutilizar o produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O Instrumental deve ser armazenada e transportada em local limpo e seco, de modo a evitar dano na embalagem.


Não acondicionar junto com produtos e resíduos que possam desprender vapores corrosivos.

Não acondicionar de forma a danificar a estrutura inicial do produto e sua embalagem.

Evitar batidas e quedas.

DESCARTE

Em caso de descarte seguir legislação ou norma vigente



LAMINA RECIPROCANTE RASPA



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Esclarecimentos sobre o uso do produto médico:

Qualquer dúvida sobre o produto, solicitação de informação ou solicitação de instrução de uso em formato impresso sem custo adicional, o distribuidor ou fabricante deverá ser comunicado.

Fabricado por:

Sistema de Implantes Nacionais e de Próteses Comercio Ltda

Rua Marques de Marica, 1230

Sao Paulo – Sao Paulo – Brasil

Cep: 04252-000

Tel: +55 11 2083-4130

www.dentoflex.com.br

Responsável Técnico: Pedro Velasco Dias – CROSP nº 12.294